

 <p>LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé</p> <p>Direction de la Santé - Division de la Radioprotection</p> <p>LABORATOIRE</p>	<h1>Rapport Mensuel</h1>	ENR – PAI - 06	
		Version 8	Page 1 sur 19
		Date d'application	09/07/13



Rapport n°:	2013-9
Mois:	Septembre

# Surveillance de la radioactivité dans l'environnement au Grand-Duché de Luxembourg

 <p>LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé</p> <p>Direction de la Santé - Division de la Radioprotection</p> <p>LABORATOIRE</p>	<h1>Rapport Mensuel</h1>	ENR – PAI - 06	
		Version 8	Page 2 sur 19
		Date d'application	09/07/13



Rapport n°:	2013-9
Mois:	Septembre

## Table de matières

<b>A) Base légale</b>	3
<b>B) Accréditation</b>	3
<b>C) Méthodes de mesure</b>	4
<b>D) Situation radiologique dans l'air, les eaux, le sol et les sédiments de la Moselle</b>	5
1. Eaux de surface et de source	5
1.1 Eau de pluie Luxembourg-Findel	5
1.2 Eau des Baggerweiher à Remerschen	6
1.3 Eau de la Moselle - écluse Schengen	7
1.4 Eau Source - Burmerange	8
1.5 Eau potable - Schengen	8
1.6 Eau du lac de Haute-Sûre non-traitée	9
2. Sol - écluse Schengen	10
3. Sédiments de la Moselle - écluse Schengen	11
4. Aérosols	12
4.1 Taux d'exposition	12
4.2 Activité des aérosols	13
<b>E) Denrées alimentaires</b>	15
1. Denrées alimentaires diverses et produits saisonniers	16
2. Lait de ferme	17
<b>F) Autres résultats</b>	18
1. Usine d'incinération	18
<b>G) Commentaires</b>	19

Ce document comporte 19 pages et ne peut être reproduit même partiellement sans accord explicite du Laboratoire.

Des renseignements supplémentaires sur les méthodes d'analyses et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande.

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis aux l'analyses.

 <p>LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé</p> <p>Direction de la Santé - Division de la Radioprotection</p> <p>LABORATOIRE</p>	<h1>Rapport Mensuel</h1>	ENR – PAI - 06	
		Version 8	Page 3 sur 19
		Date d'application	09/07/13



Rapport n°:	2013-9
Mois:	Septembre

## A) Base légale

---

### \* Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000

### \* **Traité Euratom du 25.03.1957** (traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique):

#### Article 35

Chaque état membre établit les installations nécessaires pour effectuer le contrôle permanent du taux de la radioactivité de l'atmosphère, des eaux et du sol ainsi que le contrôle du respect des normes de base.

La Commission a le droit d'accéder à ces installations de contrôle; elle peut en vérifier le fonctionnement et l'efficacité.

#### Article 36

Les renseignements concernant les contrôles visés à l'article 35 sont communiqués régulièrement par les autorités compétentes à la Commission, afin que celle-ci soit tenue au courant du taux de la radioactivité susceptible d'exercer une influence sur la population.

## B) Accréditation

---

Le laboratoire de la Division de la Radioprotection est accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 depuis juillet 2010 (cf. fiche technique sur le site internet d'OLAS).

Les résultats écrits en italique sont réalisés et à interpréter selon la norme ISO 10703 pour les mesures en spectrométrie gamma dans l'eau (K-40, Cs-134, Cs-137, Be-7 et autres isotopes) et selon la norme ISO 10704 pour les comptages en bêta global.

Les avis et interprétations repris dans le rapport ci-joint ne sont pas couverts par l'accréditation.

 <p>LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé</p> <p>Direction de la Santé - Division de la Radioprotection</p> <p>LABORATOIRE</p>	<h1>Rapport Mensuel</h1>	ENR – PAI - 06	
		Version 8	Page 4 sur 19
		Date d'application	09/07/13



Rapport n°:	2013-9
Mois:	Septembre

## C) Méthodes de mesure

---

### Mesures gammamétriques:

Les mesures gammamétriques sont effectuées sur des détecteurs HPGe. Dans les cas où des limites inférieures sont données, il s'agit des valeurs de la limite de détection pour les différents nucléides.

### Mesure de l'indice de radioactivité bêta globale:

Les mesures sont effectuées sur des détecteurs proportionnels. Au cas où des limites inférieures sont données, il s'agit des limites de détection de l'appareil de mesure.

### Mesure de l'activité de tritium:

Les mesures sont effectuées sur un compteur à scintillations liquides. Au cas où des limites inférieures sont données, il s'agit des limites de détection de l'appareil de mesure.

### Mesure du taux d'exposition:

Les mesures sont faites par 18 stations de mesures du débit de dose gamma ambiant.

### Mesures des activités des aérosols:

Les aérosols sont fixés sur des filtres et les mesures des activités des aérosols sont faites soit sur un détecteur HpGe, soit sur un compteur proportionnel.

 <p>LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé</p> <p>Direction de la Santé - Division de la Radioprotection</p> <p>LABORATOIRE</p>	<h1>Rapport Mensuel</h1>	ENR – PAI-06	
		Version 8	Page 5 sur 19
		Date d'application	09/07/13



Rapport n°:	2013-9
Mois:	Septembre

## D) Situation radiologique dans l'air, les eaux, le sol et les sédiments de la Moselle

### Résumé:

Aucune augmentation significative de la radioactivité artificielle n'a été détectée lors des contrôles de routine dans l'air, les eaux, le sol et les sédiments de la Moselle.

### 1. Eaux de surface et de source

Les activités sont exprimés en Bq/kg ou Bq/l.  
1 kg d'eau à 20°C correspond à 1.0018 litres (Norme ISO 8222).

#### 1.1 Eau de pluie Luxembourg-Findel

##### Origine:

Station de mesure climatologique avec collecteur d'eau de pluie située près de l'aéroport de Findel à Luxembourg Ville

##### Mesure bêta-global:

L'eau est évaporée en direct sur des coupelles de mesure.

##### Mesure tritium:

L'eau de pluie est distillée et le distillat est mesuré.

##### Mesure gammamétrique:

L'eau de pluie est mesurée à l'état liquide.

Periode	de 14/08/2013 à 19/09/2013	
Réf. Labo	13-0694	
bêta-global [Bq/l]	0.064	
tritium [Bq/l]	< 3.8	
Cs-134 [Bq/kg]	< 0.049	
Cs-137 [Bq/kg]	< 0.045	
Be-7 [Bq/kg]	< 0.44	
I-131 [Bq/kg]	< 0.25	

 <p>LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé</p> <p>Direction de la Santé - Division de la Radioprotection</p> <p>LABORATOIRE</p>	<h1>Rapport Mensuel</h1>	ENR – PAI-06	
		Version 8	Page 6 sur 19
		Date d'application	09/07/13



Rapport n°:	2013-9
Mois:	Septembre

## 1.2 Eau des Baggerweihers à Remerschen

### Origine:

Eau de surface prélevée des Baggerweihers

### Mesure bêta-global:

L'eau est évaporée en direct sur des coupelles de mesure.

### Mesure tritium:

L'eau est distillée et le distillat est mesuré.

### Mesure gammamétrique:

L'eau est mesurée dans l'état liquide.

<b>Date de l'échantillonnage</b>	<b>02/09/13</b>
<b>Réf. Labo</b>	<b>13-0570</b>
<b>bêta-global</b> [Bq/l]	0.23
<b>tritium</b> [Bq/l]	< 6.4
<b>Cs-134</b> [Bq/kg]	< 0.049
<b>Cs-137</b> [Bq/kg]	< 0.047
<b>K-40</b> [Bq/kg]	< 0.7

 <p>LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé</p> <p>Direction de la Santé - Division de la Radioprotection</p> <p>LABORATOIRE</p>	<h1>Rapport Mensuel</h1>	ENR – PAI-06	
		Version 8	Page 7 sur 19
		Date d'application	09/07/13



Rapport n°:	2013-9
Mois:	Septembre

### 1.3 Eau de la Moselle - écluse Schengen

Origine:

Les échantillons hebdomadaires sont constitués de quantités égales de l'eau prise à un rythme de 1 flacon par jour. Les résultats sont obtenus à partir d'un mélange des échantillons journaliers.

Mesure bêta-global:

L'eau est évaporée en direct sur des coupelles de mesure.

Mesure tritium:

L'eau est distillée et le distillat est mesuré.

Mesure gammamétrique:

L'eau est mesurée dans l'état liquide.

Période	de 26/08/2013 à 01/09/2013	de 02/09/2013 à 08/09/2013	de 09/09/2013 à 15/09/2013	de 16/09/2013 à 22/09/2013	de 23/09/2013 à 29/09/2013
<b>Réf. Labo</b>	<b>13-0578</b>	<b>13-0683</b>	<b>13-0684</b>	<b>13-0716</b>	<b>13-0717</b>
<b>bêta-global</b> [Bq/l]	0.39	0.53	0.43	0.45	0.48
<b>tritium</b> [Bq/l]	55	11	23	34	42
<b>Cs-134</b> [Bq/kg]	< 0.046	< 0.047	< 0.058	< 0.05	< 0.059
<b>Cs-137</b> [Bq/kg]	< 0.042	< 0.043	< 0.06	< 0.047	< 0.061
<b>K-40</b> [Bq/kg]	< 0.71	< 0.73	< 0.95	< 0.69	< 0.99
<b>I-131</b> [Bq/kg]	< 0.22	< 0.14	< 0.16	< 0.62	< 0.54

 <p>LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé</p> <p>Direction de la Santé - Division de la Radioprotection</p> <p>LABORATOIRE</p>	<h1>Rapport Mensuel</h1>	ENR – PAI-06	
		Version 8	Page 8 sur 19
		Date d'application	09/07/13



Rapport n°:	2013-9
Mois:	Septembre

## 1.4 Eau Source - Burmerange

### Origine:

Eau prélevée d'un ancien lavoir

### Mesures bêta-global:

L'eau est évaporée en direct sur des coupelles de mesure.

### Mesure tritium:

L'eau est distillée et le distillat est mesuré.

### Mesure gammamétrique:

L'eau est mesurée dans l'état liquide.

<b>Date de l'échantillonnage</b>	<b>02/09/13</b>
<b>Réf. Labo</b>	<b>13-0569</b>
<b>bêta-global</b> [Bq/l]	0.15
<b>tritium</b> [Bq/l]	< 6.4
<b>Cs-134</b> [Bq/kg]	< 0.049
<b>Cs-137</b> [Bq/kg]	< 0.043
<b>K-40</b> [Bq/kg]	< 0.73

## 1.5 Eau potable - Schengen

### Origine:

Eau issue du réseau de distribution d'eau potable communal.

### Mesures bêta-global:

L'eau est évaporée en direct sur des coupelles de mesure.

### Mesure tritium:

L'eau est distillée et le distillat est mesuré.

### Mesure gammamétrique:

L'eau est mesurée dans l'état liquide.

<b>Date de l'échantillonnage</b>	<b>02/09/13</b>
<b>Réf. Labo</b>	<b>13-0568</b>
<b>bêta-global</b> [Bq/l]	0.07
<b>tritium</b> [Bq/l]	< 6.4
<b>Cs-134</b> [Bq/kg]	< 0.062
<b>Cs-137</b> [Bq/kg]	< 0.059
<b>K-40</b> [Bq/kg]	< 0.97

 <p>LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé</p> <p>Direction de la Santé - Division de la Radioprotection</p> <p>LABORATOIRE</p>	<h1>Rapport Mensuel</h1>	ENR – PAI-06	
		Version 8	Page 9 sur 19
		Date d'application	09/07/13



Rapport n°:	2013-9
Mois:	Septembre

## 1.6 Eau du lac de Haute-Sûre non-traitée

### Origine:

Eau de surface prélevée du lac de Haute-Sûre.

### Mesures bêta-global:

L'eau est évaporée en direct sur des coupelles de mesure.

### Mesure tritium:

L'eau est distillée et le distillat est mesuré.

### Mesure gammamétrique:

L'eau est mesurée dans l'état liquide.

Période	de 26/08/2013 à 08/09/2013	de 09/09/2013 à 22/09/2013
<b>Réf. Labo</b>	<b>13-0584</b>	<b>13-0687</b>
<b>bêta-global</b> [Bq/l]	<i>0.10</i>	<i>0.10</i>
<b>tritium</b> [Bq/l]	<i>&lt; 3.8</i>	<i>&lt; 3.8</i>
<b>Cs-134</b> [Bq/kg]	<i>&lt; 0.05</i>	<i>&lt; 0.059</i>
<b>Cs-137</b> [Bq/kg]	<i>&lt; 0.046</i>	<i>&lt; 0.061</i>
<b>K-40</b> [Bq/kg]	<i>&lt; 0.69</i>	<i>&lt; 0.99</i>

 <p>LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé</p> <p>Direction de la Santé - Division de la Radioprotection</p> <p>LABORATOIRE</p>	<h1>Rapport Mensuel</h1>	ENR – PAI-06	
		Version 8	Page 10 sur 19
		Date d'application	09/07/13



Rapport n°:	2013-9
Mois:	Septembre

## 2. Sol - écluse Schengen

---

### Origine:

Sol prélevé à proximité de l'écluse de Schengen.

### Mesures bêta-global:

Les sédiments sont séchés, broyés, tamisés à 0.5mm et mesurés.

### Mesure gammamétrique:

Les sédiments sont séchés, broyés, tamisés à 0.5mm et mesurés.

<b>Date de l'échantillonnage</b>	<b>02/09/13</b>
<b>Réf. Labo</b>	<b>13-0575</b>
<b>bêta-global [Bq/kg]</b>	910
<b>Cs-134 [Bq/kg]</b>	< 0.38
<b>Cs-137 [Bq/kg]</b>	10
<b>K-40 [Bq/kg]</b>	650

 <p>LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé</p> <p>Direction de la Santé - Division de la Radioprotection</p> <p>LABORATOIRE</p>	<h1>Rapport Mensuel</h1>	ENR – PAI-06	
		Version 8	Page 11 sur 19
		Date d'application	09/07/13



Rapport n°:	2013-9
Mois:	Septembre

### 3. Sédiments de la Moselle - écluse Schengen

---

Origine:

Les sédiments sont prélevés à l'aide d'un grappin jeté dans la Moselle près de l'écluse de Schengen.

Mesures bêta-global:

Les sédiments sont séchés, broyés, tamisés à 0.5mm et mesurés.

Mesure gammamétrique:

Les sédiments sont séchés, broyés, tamisés à 0.5mm et mesurés.

<b>Date de l'échantillonnage</b>	<b>02/09/13</b>
<b>Réf. Labo</b>	<b>13-0574</b>
<b>bêta-global [Bq/kg]</b>	1000
<b>Cs-134 [Bq/kg]</b>	< 0.46
<b>Cs-137 [Bq/kg]</b>	10
<b>K-40 [Bq/kg]</b>	620
<b>Co-58 [Bq/kg]</b>	< 0.33
<b>Co-60 [Bq/kg]</b>	0.50
<b>Ag-110m [Bq/kg]</b>	< 0.50
<b>I-131 [Bq/kg]</b>	< 0.74
<b>Mn-54 [Bq/kg]</b>	0.76

 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé  Direction de la Santé - Division de la Radioprotection  LABORATOIRE	<h1>Rapport Mensuel</h1>	ENR – PAI-06	
		Version 8	Page 12 sur 19
		Date d'application	09/07/13



Rapport n°:	2013-9
Mois:	Septembre

## 4. Aérosols

Les aérosols sont des particules solides ou liquides qui se trouvent en suspension dans un milieu gazeux.

### 4.1 Taux d'exposition

Les débits de dose mesurés au cours du mois par le réseau national de mesure et d'alerte de la radioactivité dans l'air ambiant sont présentés dans le tableau suivant. Le réseau national actuel est composé de 18 stations de mesures gamma.

Lieu	Débit de dose (mSv/h)		
	moyenne	minimum	maximum
<b>Bettembourg</b>	0.08	np	0.21
<b>Consthum</b>	0.18	0.12	0.26
<b>Dippach</b>	0.19	0.14	0.24
<b>Dudelange</b>	0.10	0.06	0.16
<b>Echternach</b>	0.10	0.06	0.22
<b>Esch/Alzette</b>	0.15	0.10	0.24
<b>Ettelbruck</b>	np	np	np
<b>Frisange</b>	0.11	0.07	0.16
<b>Harlange</b>	0.13	0.08	0.20
<b>Junglinster</b>	0.11	0.06	0.17
<b>Luxembourg</b>	0.16	0.10	0.24
<b>Mondorf</b>	0.10	0.07	0.16
<b>Remerschen</b>	0.11	0.00	0.16
<b>Schuttrange</b>	0.11	0.07	0.17
<b>Steinfort</b>	0.13	0.09	0.18
<b>Troisvierges</b>	0.13	0.09	0.21
<b>Useldange</b>	0.11	0.09	0.15
<b>Wormeldange</b>	0.12	0.07	0.21

*station à Remerschen valeurs du 17/09 au 30/09/2013*

(np = non précisé)

 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé  Direction de la Santé - Division de la Radioprotection  LABORATOIRE	<h1>Rapport Mensuel</h1>	ENR – PAI-06	
		Version 8	Page 13 sur 19
		Date d'application	09/07/13



Rapport n°:	2013-9
Mois:	Septembre

## 4.2 Activité des aérosols

La mesure de la radioactivité des aérosols permet de mettre en évidence des événements comme l'accident de Tchernobyl ou Fukushima ou des rejets accidentiels.

### Origine:

Les stations "Villa Louvigny intérieur" et "Villa Louvigny extérieur" sont situées au 9ième étage de la tour de la Villa Louvigny. Les dénominations "intérieur" et "extérieur" servent seulement à distinguer les différents types de filtres et de mesures.

#### à la station Luxembourg - Findel

Période		de 29/08/2013 à 05/09/2013	de 05/09/2013 à 12/09/2013	de 12/09/2013 à 19/09/2013	de 19/09/2013 à 26/09/2013
Réf. Labo		13-0586	13-0678	13-0693	13-0697
Cs-134	[Bq/m3]	< 3.8E-07	< 3.7E-07	< 3.9E-07	< 3.8E-07
Cs-137	[Bq/m3]	< 3.3E-07	< 3.1E-07	< 3.3E-07	< 3.2E-07
Be-7	[Bq/m3]	3.4E-03	2.8E-03	2.0E-03	3.4E-03

#### à la station Luxembourg - Villa Louvigny intérieur

Periode		de 26/08/2013 à 02/09/2013	de 02/09/2013 à 09/09/2013	de 09/09/2013 à 16/09/2013	de 16/09/2013 à 23/09/2013	de 23/09/2013 à 30/09/2013
Réf. Labo		13-0581	13-0587	13-0685	13-0695	13-0705
bêta-global	[Bq/m3]	5.4E-04	6.1E-04	résultat suivra	résultat suivra	résultat suivra
Rn-222	[Bq/m3]	28	31	12	14	28

#### à la station Luxembourg - Villa Louvigny extérieur

Période		de 26/08/2013 à 02/09/2013	de 02/09/2013 à 09/09/2013	de 09/09/2013 à 16/09/2013	de 16/09/2013 à 23/09/2013	de 23/09/2013 à 30/09/2013
Réf. Labo		13-0580	13-0588	13-0686	13-0696	13-0706
Cs-134	[Bq/m3]	< 3.9E-06	< 4.0E-06	< 4.1E-06	< 4.1E-06	< 4.3E-06
Cs-137	[Bq/m3]	< 3.4E-06	< 3.6E-06	< 3.8E-06	< 3.8E-06	< 3.8E-06
Be-7	[Bq/m3]	4.7E-03	3.9E-03	3.0E-03	3.1E-03	5.2E-03


#### à la station Burmerange

Période		de 14/08/2013 à 02/09/2013	de 02/09/2013 à 16/09/2013
Réf. Labo		13-0576	13-0682
bêta-global	[Bq/m3]	5.6E-04	résultat suivra

 <p>LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé</p> <p>Direction de la Santé - Division de la Radioprotection</p> <p>LABORATOIRE</p>	<h1>Rapport Mensuel</h1>	ENR – PAI-06	
		Version 8	Page 14 sur 19
		Date d'application	09/07/13



Rapport n°:	2013-9
Mois:	Septembre



Variations des activités volumiques du radon dans l'air à Luxembourg-Ville

 <p>LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé</p> <p>Direction de la Santé - Division de la Radioprotection</p> <p>LABORATOIRE</p>	<h1>Rapport Mensuel</h1>	ENR – PAI-06	
		Version 8	Page 15 sur 19
		Date d'application	09/07/13



Rapport n°:	2013-9
Mois:	Septembre

## E) Denrées alimentaires

Rappel des limites réglementaires en vigueur pour la radioactivité maximale cumulée de césium-134 et de césium-137 dans les denrées alimentaires:

- 370 Bq/kg pour le lait, les produits laitiers ainsi que pour les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des nourrissons
- 600 Bq/kg pour les autres denrées alimentaires

(valeurs issues originellement du traité Euratom 737/90 et transcrites dans la législation luxembourgeoise)

Les autres radionucléides seront indiqués s'ils sont détectés.

Résumé:

La teneur en césium dans les produits testés était inférieure à 1% des limites en vigueur.

 <p>LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé</p> <p>Direction de la Santé - Division de la Radioprotection</p> <p>LABORATOIRE</p>	<h1>Rapport Mensuel</h1>	ENR – PAI-06	
		Version 8	Page 16 sur 19
		Date d'application	09/07/13



Rapport n°:	2013-9
Mois:	Septembre

## 1. Denrées alimentaires diverses et produits saisonniers

Origine des oeufs:

ferme à Burmerange

Origine de la viande:

abatoire à Wecker

Origine du lait concentré:

laiterie à Roost

Origine du régime alimentaire:

restaurant collectif à Luxembourg

Régime alimentaire:

Mélange des 3 repas d'une journée + 1 litre d'eau potable

Mesure gammamétrique:

Les échantillons du régime alimentaire sont calcinés et leurs cendres sont mesurées.

Les autres échantillons sont, dans le cas échéant, coupés en morceaux et mesurés directement.

Type	Réf. Labo	Date	Origine	Cs-134 [Bq/kg]	Cs-137 [Bq/kg]
<b>Oeufs</b>	<b>13-0571</b>	02/09/13	Burmerange	< 0.25	< 0.22
<b>Régime alimentaire</b>	<b>13-0681</b>	16/09/13	Luxembourg	< 0.027	< 0.017
<b>Viande</b>	<b>13-0698</b>	27/09/13	Wecker	< 0.17	< 0.1
<b>Lait cru</b>	<b>13-0582</b>	03/09/13	Colmar-Berg	< 0.064	< 0.061
<b>Lait concentré</b>	<b>13-0583</b>	03/09/13	Colmar-Berg	< 0.072	< 0.064



## 2. Lait de ferme

### Origine:

fermes à Burmerange, à Ellange et à Insenborn.

### Mesures bêta-global:

Le lait est calciné et les cendres sont mesurées.

### Mesure tritium:

Le lait est distillé trois fois et le distillat est mesuré.

### Mesure gammamétrique:

Le lait est mesuré à l'état liquide.

Origine	Burmerange	Ellange	Insenborn
<b>Date de l'échantillonnage</b>	<b>02/09/13</b>	<b>02/09/13</b>	<b>17/09/13</b>
<b>Réf. Labo</b>	<b>13-0572</b>	<b>13-0573</b>	<b>13-0688</b>
<b>bêta-global</b> [Bq/l]	50	/	/
<b>tritium</b> [Bq/l]	< 3.8	/	/
<b>Cs-134</b> [Bq/kg]	< 0.062	< 0.07	< 0.087
<b>Cs-137</b> [Bq/kg]	< 0.059	< 0.069	< 0.091
<b>K-40</b> [Bq/kg]	49	52	49

 <p>LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé</p> <p>Direction de la Santé - Division de la Radioprotection</p> <p>LABORATOIRE</p>	<h1>Rapport Mensuel</h1>	ENR – PAI-06	
		Version 8	Page 18 sur 19
		Date d'application	09/07/13



Rapport n°:	2013-9
Mois:	Septembre

## F) Autres résultats

---

Résumé:

Pas de remarques.

### 1. Usine d'incinération

---

Origine des mâchefers et des résidus d'épuration:

Usine d'incinération à Leudelange

Résidus d'épuration:

Résidus solides issus du traitement des fumées

Mâchefers:

Résidus solides de la combustion des déchets

Mesure gammamétrique:

Les résidus et les mâchefers sont mesurés en direct

Type	Réf. Labo	Date	Cs-134 [Bq/kg]	Cs-137 [Bq/kg]	I-131 [Bq/kg]	K-40 [Bq/kg]
<b>SIDOR mâchefers</b>	<b>13-0679</b>	<b>13/09/13</b>	< 0.19	0.35	< 0.42	200
<b>SIDOR rés. d'épuration des fumées</b>	<b>13-0680</b>	<b>13/09/13</b>	< 0.57	9.6	2.3	1200

 <p>LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé</p> <p>Direction de la Santé - Division de la Radioprotection</p> <p>LABORATOIRE</p>	<h1>Rapport Mensuel</h1>	ENR – PAI-06	
		Version 8	Page 19 sur 19
		Date d'application	09/07/13



Rapport n°:	2013-9
Mois:	Septembre

## G) Commentaires

---

Aucun.

*Michèle Pallmer*  
Par délégation

21/11/13



*Marielle Lecomte*  
Responsable du Laboratoire

Fin du rapport