

	Département des Laboratoires officiels d'Analyses de Contrôle Service d'Analyses Radiologiques	ENR – PAI - 29	
	Rapport Mensuel	Version 11.2	Page 1 sur 20
		Date d'application	17/02/15



Rapport n°:	2015-4
Mois:	Avril

Surveillance de la radioactivité dans l'environnement au Grand-Duché de Luxembourg

 LNS-EP	Département des Laboratoires officiels d'Analyses de Contrôle Service d'Analyses Radiologiques	ENR – PAI - 29	
	<h1>Rapport Mensuel</h1>	Version 11.2	Page 2 sur 20
Date d'application		17/02/15	



Rapport n°:	2015-4
Mois:	Avril

Table des matières

A) Base légale	3
B) Accréditation	3
C) Méthodes de mesure	4
D) Situation radiologique dans l'air, les eaux, le sol et les sédiments de la Moselle	5
1. Eaux de surface et de source	5
1.1 Eau de pluie Luxembourg-Findel	5
1.2 Eau des Baggerweiher à Remerschen	6
1.3 Eau de la Moselle - écluse Schengen	7
1.4 Eau Source - Burmerange	8
1.5 Eau potable - Schengen	8
1.6 Eau du lac de la Haute-Sûre non-traitée	9
2. Sol - écluse Schengen	10
3. Sédiments de la Moselle - écluse Schengen	11
4. Aérosols	12
4.1 Taux d'exposition	12
4.2 Activité des aérosols	13
E) Denrées alimentaires	15
1. Lait de ferme et lait concentré	16
2. Œufs	17
3. Viande	17
4. Régime alimentaire	18
F) Autres résultats	18
1. Produits saisonniers et divers	19
2. Usine d'incinération	19
G) Commentaires	20

Ce document comporte 20 pages et ne peut être reproduit même partiellement sans accord explicite du Laboratoire.

Des renseignements supplémentaires sur les méthodes d'analyses et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande.

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis aux l'analyses.

 LNS-EP	Département des Laboratoires officiels d'Analyses de Contrôle Service d'Analyses Radiologiques	ENR – PAI - 29	
	<h1>Rapport Mensuel</h1>	Version 11.2	Page 3 sur 20
		Date d'application	17/02/15



Rapport n°:	2015-4
Mois:	Avril

A) Base légale

* Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000

* Traité Euratom du 25.03.1957 (traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique):

Article 35

Chaque état membre établit les installations nécessaires pour effectuer le contrôle permanent du taux de la radioactivité de l'atmosphère, des eaux et du sol ainsi que le contrôle du respect des normes de base.

La Commission a le droit d'accéder à ces installations de contrôle; elle peut en vérifier le fonctionnement et l'efficacité.

Article 36

Les renseignements concernant les contrôles visés à l'article 35 sont communiqués régulièrement par les autorités compétentes à la Commission, afin que celle-ci soit tenue au courant du taux de la radioactivité susceptible d'exercer une influence sur la population.

B) Accréditation

Le Service d'Analyses Radiologiques est accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 depuis juillet 2010 (cf. fiche technique sur le site internet d'OLAS).

Les résultats écrits en italique sont réalisés et à interpréter selon la norme ISO 10703 pour les mesures en spectrométrie gamma dans l'eau (K-40, Cs-134, Cs-137, Be-7 et autres isotopes) et selon la norme ISO 10704 pour les comptages en bêta global en matrice eau.

Les avis et interprétations repris dans le rapport ci-joint ne sont pas couverts par l'accréditation.

Lexique: *Valeurs en italique* = mesure sous accréditation.

 LNS-EP	Département des Laboratoires officiels d'Analyses de Contrôle Service d'Analyses Radiologiques	ENR – PAI - 29	
	<h1>Rapport Mensuel</h1>	Version 11.2	Page 4 sur 20
		Date d'application	17/02/15



Rapport n°:	2015-4
Mois:	Avril

C) Méthodes de mesure

Mesures gammamétriques:

Les mesures gammamétriques sont effectuées sur des détecteurs HpGe. Dans les cas où des limites inférieures sont données, il s'agit des valeurs de la limite de détection pour les différents nucléides.

Mesure de l'indice de radioactivité bêta globale:

Les mesures sont effectuées sur des détecteurs proportionnels. Au cas où des limites inférieures sont données, il s'agit des limites de détection de l'appareil de mesure.

Mesure de l'activité de tritium:

Les mesures sont effectuées sur un compteur à scintillations liquides. Au cas où des limites inférieures sont données, il s'agit des limites de détection de l'appareil de mesure.

Mesure du taux d'exposition:

Les mesures sont faites par 18 stations de mesures du débit de dose gamma ambiant.

Mesures des activités des aérosols:

Les aérosols sont fixés sur des filtres et les mesures des activités des aérosols sont faites soit sur un détecteur HpGe, soit sur un compteur proportionnel.

 LNS-EP	Département des Laboratoires officiels d'Analyses de Contrôle Service d'Analyses Radiologiques	ENR – PAI - 29	
	<h1>Rapport Mensuel</h1>	Version 11.2	Page 5 sur 20
		Date d'application	17/02/15



Rapport n°:	2015-4
Mois:	Avril

D) Situation radiologique dans l'air, les eaux, le sol et les sédiments de la Moselle

Aucune augmentation significative de la radioactivité artificielle n'a été détectée lors des contrôles de routine dans l'air, les eaux, le sol et les sédiments de la Moselle

1. Eaux de surface et de source

Les activités sont exprimées en Bq/kg ou Bq/l.
 1 kg d'eau à 20°C correspond à 1.0018 litres (Norme ISO 8222).

1.1 Eau de pluie Luxembourg-Findel

Origine:

Station de mesure climatologique avec collecteur d'eau de pluie située près de l'aéroport de Findel à Luxembourg Ville

Mesure bêta-global:

L'eau est évaporée en direct sur des coupelles de mesure.

Mesure tritium:

L'eau de pluie est distillée et le distillat est mesuré.

Mesure gammamétrique:

L'eau de pluie est mesurée à l'état liquide.

		de 13/03/2015 à 24/04/2015
Période		
Réf. Labo		15-0284
bêta-global [Bq/l]		0.076
tritium [Bq/l]		< 3.5
Cs-134 [Bq/kg]		< 0.044
Cs-137 [Bq/kg]		< 0.041
Be-7 [Bq/kg]		< 0.32
I-131 [Bq/kg]		< 0.17

 LNS-EP	Département des Laboratoires officiels d'Analyses de Contrôle Service d'Analyses Radiologiques	ENR – PAI - 29	
	<h1>Rapport Mensuel</h1>	Version 11.2	Page 6 sur 20
		Date d'application	17/02/15



Rapport n°:	2015-4
Mois:	Avril

1.2 Eau des Baggerweihers à Remerschen

Origine:

Eau de surface prélevée des Baggerweihers

Mesure bêta-global:

L'eau est évaporée en direct sur des coupelles de mesure.

Mesure tritium:

L'eau est distillée et le distillat est mesuré.

Mesure gammamétrique:

L'eau est mesurée dans l'état liquide.

Date de l'échantillonnage	01/04/15
Réf. Labo	15-0227
bêta-global [Bq/l]	0.41
tritium [Bq/l]	11
Cs-134 [Bq/kg]	< 0.043
Cs-137 [Bq/kg]	< 0.041
K-40 [Bq/kg]	0.74

	Département des Laboratoires officiels d'Analyses de Contrôle Service d'Analyses Radiologiques	ENR – PAI - 29	
	<h1>Rapport Mensuel</h1>	Version 11.2	Page 7 sur 20
		Date d'application	17/02/15



Rapport n°:	2015-4
Mois:	Avril

1.3 Eau de la Moselle - écluse Schengen

Origine:

Les échantillons hebdomadaires sont constitués de quantités égales de l'eau prise à un rythme de 1 flacon par jour. Les résultats sont obtenus à partir d'un mélange des échantillons journaliers.

Mesure bêta-global:

L'eau est évaporée en direct sur des coupelles de mesure.

Mesure tritium:

L'eau est distillée et le distillat est mesuré.

Mesure gammamétrique:

L'eau est mesurée dans l'état liquide.

Période	de 30/03/2015 à 05/04/2015	de 06/04/2015 à 12/04/2015	de 13/04/2015 à 19/04/2015	de 20/04/2015 à 26/04/2015
Réf. Labo	*	*	*	15-0313 *
bêta-global [Bq/l]	/	/	/	0.74
tritium [Bq/l]	/	/	/	48
Cs-134 [Bq/kg]	/	/	/	< 0.049
Cs-137 [Bq/kg]	/	/	/	< 0.042
K-40 [Bq/kg]	/	/	/	< 0.70
I-131 [Bq/kg]	/	/	/	< 0.30

* pas d'eau de la Moselle du 30/03 au 22/04/15

 LNS-EP	Département des Laboratoires officiels d'Analyses de Contrôle Service d'Analyses Radiologiques	ENR – PAI - 29	
	<h1>Rapport Mensuel</h1>	Version 11.2	Page 8 sur 20
		Date d'application	17/02/15



Rapport n°:	2015-4
Mois:	Avril

1.4 Eau Source - Burmerange

Origine:

Eau prélevée d'un ancien lavoir

Mesures bêta-global:

L'eau est évaporée en direct sur des coupelles de mesure.

Mesure tritium:

L'eau est distillée et le distillat est mesuré.

Mesure gammamétrique:

L'eau est mesurée dans l'état liquide.

Date de l'échantillonnage	01/04/15	
Réf. Labo	15-0226	
bêta-global [Bq/l]	0.34	
tritium [Bq/l]	7.7	
Cs-134 [Bq/kg]	< 0.045	
Cs-137 [Bq/kg]	< 0.057	
K-40 [Bq/kg]	< 0.97	

1.5 Eau potable - Schengen

Origine:

Eau issue du réseau de distribution d'eau potable communal.

Mesures bêta-global:

L'eau est évaporée en direct sur des coupelles de mesure.

Mesure tritium:

L'eau est distillée et le distillat est mesuré.

Mesure gammamétrique:

L'eau est mesurée dans l'état liquide.

Date de l'échantillonnage	01/04/15	
Réf. Labo	15-0225	
bêta-global [Bq/l]	0.10	
tritium [Bq/l]	10	
Cs-134 [Bq/kg]	< 0.060	
Cs-137 [Bq/kg]	< 0.061	
K-40 [Bq/kg]	< 0.99	

 LNS-EP	Département des Laboratoires officiels d'Analyses de Contrôle Service d'Analyses Radiologiques	ENR – PAI - 29	
	<h1>Rapport Mensuel</h1>	Version 11.2	Page 9 sur 20
		Date d'application	17/02/15



Rapport n°:	2015-4
Mois:	Avril

1.6 Eau du lac de la Haute-Sûre non-traitée

Origine:

Eau de surface prélevée du lac de la Haute-Sûre.

Mesures bêta-global:

L'eau est évaporée en direct sur des coupelles de mesure.

Mesure tritium:

L'eau est distillée et le distillat est mesuré.

Mesure gammamétrique:

L'eau est mesurée dans l'état liquide.

Période		de 30/03/2015 à 12/04/2015	de 13/04/2015 à 26/04/2015
Réf. Labo		15-0234	15-0273
bêta-global [Bq/l]		0.091	0.084
tritium [Bq/l]		8.2	< 3.5
Cs-134 [Bq/kg]		< 0.043	< 0.059
Cs-137 [Bq/kg]		< 0.041	< 0.061
K-40 [Bq/kg]		< 0.64	< 0.94

	Département des Laboratoires officiels d'Analyses de Contrôle Service d'Analyses Radiologiques	ENR – PAI - 29	
	<h1>Rapport Mensuel</h1>	Version 11.2	Page 10 sur 20
		Date d'application	17/02/15



Rapport n°:	2015-4
Mois:	Avril

2. Sol - écluse Schengen

Origine:

Sol prélevé à proximité de l'écluse de Schengen.

Mesures bêta-global:

Les sédiments sont séchés, broyés, tamisés à 0.5mm et mesurés.

Mesure gammamétrique:

Les sédiments sont séchés, broyés, tamisés à 0.5mm et mesurés.

Date de l'échantillonnage	01/04/15
Réf. Labo	15-0232
bêta-global [Bq/kg]	890
Cs-134 [Bq/kg]	< 0.56
Cs-137 [Bq/kg]	15
K-40 [Bq/kg]	700

 LNS-EP	Département des Laboratoires officiels d'Analyses de Contrôle Service d'Analyses Radiologiques	ENR – PAI - 29	
	Rapport Mensuel	Version 11.2	Page 11 sur 20
		Date d'application	17/02/15



Rapport n°:	2015-4
Mois:	Avril

3. Sédiments de la Moselle - écluse Schengen

Origine:

Les sédiments sont prélevés à l'aide d'un grappin jeté dans la Moselle près de l'écluse de Schengen.

Mesures bêta-global:

Les sédiments sont séchés, broyés, tamisés à 0.5mm et mesurés.

Mesure gammamétrique:

Les sédiments sont séchés, broyés, tamisés à 0.5mm et mesurés.

Date de l'échantillonnage	01/04/15
Réf. Labo	15-0231
bêta-global [Bq/kg]	870
Cs-134 [Bq/kg]	< 0.44
Cs-137 [Bq/kg]	13
K-40 [Bq/kg]	640
Co-58 [Bq/kg]	< 0.32
Co-60 [Bq/kg]	0.48
Ag-110m [Bq/kg]	0.29
I-131 [Bq/kg]	< 1.1
Mn-54 [Bq/kg]	0.89

 LNS-EP	Département des Laboratoires officiels d'Analyses de Contrôle Service d'Analyses Radiologiques	ENR – PAI - 29	
	<h1>Rapport Mensuel</h1>	Version 11.2	Page 12 sur 20
		Date d'application	17/02/15



Rapport n°:	2015-4
Mois:	Avril

4. Aérosols

Les aérosols sont des particules solides ou liquides qui se trouvent en suspension dans un milieu gazeux.

4.1 Taux d'exposition

Les débits de dose mesurés au cours du mois par le réseau national de mesure et d'alerte de la radioactivité dans l'air ambiant sont présentés dans le tableau suivant. Le réseau national actuel est composé de 18 stations de mesures gamma.

Lieu	Débit de dose ($\mu\text{Sv/h}$)		
	moyenne	minimum	maximum
Bettembourg *	/	/	/
Consthum	0.17	0.12	0.22
Dippach	0.18	0.14	0.23
Dudelange	0.10	0.06	0.15
Echternach	0.09	0.06	0.12
Esch/Alzette	0.15	0.10	0.24
Ettelbruck	0.11	0.07	0.14
Frisange	0.11	0.08	0.15
Harlange	0.12	0.09	0.18
Junglinster	0.09	0.05	0.12
Luxembourg	0.15	0.10	0.20
Mondorf	0.11	0.08	0.15
Remerschen	0.11	0.07	0.16
Schuttrange	0.11	0.07	0.18
Steinfort	0.16	0.09	0.18
Troisvierges	0.13	0.08	0.19
Useldange	0.11	0.09	0.13
Wormeldange *	/	/	/

En raison d'un défaut électronique du 15/04 au 27/04/15, les données des stations de mesure n'ont pas été enregistrées.

* stations en panne

 LNS-EP	Département des Laboratoires officiels d'Analyses de Contrôle Service d'Analyses Radiologiques	ENR – PAI - 29	
	<h1>Rapport Mensuel</h1>	Version 11.2	Page 13 sur 20
		Date d'application	17/02/15



Rapport n°:	2015-4
Mois:	Avril

4.2 Activité des aérosols

La mesure de la radioactivité des aérosols permet de mettre en évidence des événements comme l'accident de Tchernobyl ou Fukushima ou des rejets accidentiels.

Origine:

Les stations "Villa Louvigny intérieur" et "Villa Louvigny extérieur" sont situées au 9^{ème} étage de la tour de la Villa Louvigny. Les dénominations "intérieur" et "extérieur" servent seulement à distinguer les différents types de filtres et de mesures.

à la station Luxembourg - Findel

Période		de 26/03/2015 à 02/04/2015	de 02/04/2015 à 09/04/2015	de 09/04/2015 à 16/04/2015	de 16/04/2015 à 24/04/2015	de 24/04/2015 à 30/04/2015
Réf. Labo		15-0235	15-0246	15-0272	15-0283	15-0293
Cs-134	[Bq/m ³]	< 3.6E-07	< 4.5E-07	< 3.7E-07	< 3.3E-07	< 4.2E-07
Cs-137	[Bq/m ³]	< 3.0E-07	< 4.1E-07	< 2.4E-07	< 2.2E-07	5.4E-07
Be-7	[Bq/m ³]	2.5E-03	2.6E-03	3.6E-03	4.1E-03	3.8E-03

à la station Luxembourg - Villa Louvigny intérieur

Période		de 30/03/2015 à 07/04/2015	de 07/04/2015 à 14/04/2015	de 14/04/2015 à 20/04/2015	de 20/04/2015 à 28/04/2015
Réf. Labo		15-0238	15-0261	15-0279	15-0291
bêta-global	[Bq/m ³]	1.8E-04	4.4E-04	4.8E-04	4.7E-04
Rn-222		7.6	18	*	*

à la station Luxembourg - Villa Louvigny extérieur

Période		de 30/03/2015 à 07/04/2015	de 07/04/2015 à 14/04/2015	de 14/04/2015 à 20/04/2015	de 20/04/2015 à 28/04/2015
Réf. Labo		15-0239	15-0262	15-0278	15-0292
Cs-134	[Bq/m ³]	< 3.7E-06	< 3.9E-06	< 4.6E-06	< 3.5E-06
Cs-137	[Bq/m ³]	< 3.0E-06	< 3.3E-06	< 3.6E-06	< 3.0E-06
Be-7	[Bq/m ³]	3.0E-03	4.0E-03	3.9E-03	5.8E-03


à la station Burmerange

Période		de 16/03/2015 à 01/04/2015	de 01/04/2015 à 16/04/2015
Réf. Labo		15-0233	15-0271
bêta-global	[Bq/m ³]	4.6E-04	3.5E-04

 LNS-EP	Département des Laboratoires officiels d'Analyses de Contrôle Service d'Analyses Radiologiques	ENR – PAI - 29	
	<h1>Rapport Mensuel</h1>	Version 11.2	Page 14 sur 20
		Date d'application	17/02/15



Rapport n°:	2015-4
Mois:	Avril



Variations des activités volumiques du radon dans l'air à Luxembourg-Ville. *

* En raison d'un défaut électronique du 15/04 au 27/04/15, les données de la station de mesure n'ont pas été enregistrées.

	Département des Laboratoires officiels d'Analyses de Contrôle Service d'Analyses Radiologiques	ENR – PAI - 29	
	<h1>Rapport Mensuel</h1>	Version 11.2	Page 15 sur 20
		Date d'application	17/02/15



Rapport n°:	2015-4
Mois:	Avril

E) Denrées alimentaires

Rappel des limites réglementaires en vigueur pour la radioactivité maximale cumulée de césium-134 et de césium-137 dans les denrées alimentaires:

- 370 Bq/kg pour le lait, les produits laitiers ainsi que pour les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des nourrissons
- 600 Bq/kg pour les autres denrées alimentaires

(valeurs issues originellement du traité Euratom 737/90 et transcrites dans la législation luxembourgeoise)

Les autres radionucléides seront indiqués s'ils sont détectés.

Résumé:

La teneur en césium dans les produits testés était inférieure à 1% des limites en vigueur.

 LNS-EP	Département des Laboratoires officiels d'Analyses de Contrôle Service d'Analyses Radiologiques	ENR – PAI - 29	
	<h1>Rapport Mensuel</h1>	Version 11.2	Page 16 sur 20
		Date d'application	17/02/15



Rapport n°:	2015-4
Mois:	Avril

1. Lait de ferme et lait cru mélangé

Origine du lait de ferme:

fermes à Burmerange, à Ellange et à Eschdorf

Origine du lait cru mélangé:

laiterie à Roost/Colmar-Berg

Mesures bêta-global:

Le lait est calciné et les cendres sont mesurées

Mesure tritium:

Le lait est distillé trois fois et le distillat est mesuré

Mesure gammamétrique:

Le lait est mesuré à l'état liquide

Origine	Burmerange	Ellange	Luxembourg	Eschdorf
Date de l'échantillonnage	01/04/15	01/04/15	02/04/15	16/04/15
Réf. Labo	15-0229	15-0230	15-0236	15-0270
bêta-global [Bq/l]	47	/	/	/
tritium [Bq/l]	10	/	/	/
Cs-134 [Bq/kg]	< 0.081	< 0.083	< 0.087	< 0.090
Cs-137 [Bq/kg]	< 0.086	< 0.088	< 0.086	< 0.091
K-40 [Bq/kg]	49	50	48	48

 LNS-EP	Département des Laboratoires officiels d'Analyses de Contrôle Service d'Analyses Radiologiques	ENR – PAI - 29	
	<h1>Rapport Mensuel</h1>	Version 11.2	Page 17 sur 20
		Date d'application	17/02/15



Rapport n°:	2015-4
Mois:	Avril

2. Oeufs

Origine des oeufs:

ferme à Burmerange

Mesure gammamétrique:

Les oeufs sont mis dans un récipient, battus et mesurés directement.

Date de l'échantillonnage	01/04/15
Réf. Labo	15-0228
Cs-134 [Bq/kg]	< 0.15
Cs-137 [Bq/kg]	< 0.13
K-40 [Bq/kg]	51

3. Viande

Origine de la viande porcine et bovine:

Abattoir à Wecker

Origine du gibier:

Territoire luxembourgeois

Mesure gammamétrique:

La viande est hachée et mesurée directement.

Type	Réf. Labo	Date	Cs-134 [Bq/kg]	Cs-137 [Bq/kg]
Bœuf	15-0336	15/04/15	< 0.79	< 0.64

 LNS-EP	Département des Laboratoires officiels d'Analyses de Contrôle Service d'Analyses Radiologiques	ENR – PAI - 29	
	<h1>Rapport Mensuel</h1>	Version 11.2	Page 18 sur 20
		Date d'application	17/02/15



Rapport n°:	2015-4
Mois:	Avril

4. Régime alimentaire

Origine du régime alimentaire

Restaurant collectif à Luxembourg

Régime alimentaire:

Mélange des 3 repas d'une journée + 1 litre d'eau potable

Mesure gammamétrique:

Les échantillons du régime alimentaire sont calcinés et leurs cendres sont mesurées

Date de l'échantillonnage	24/04/15
Réf. Labo	15-0282
Cs-134 [Bq/kg]	< 0.021
Cs-137 [Bq/kg]	< 0.018

F) Autres résultats

Résumé:

La teneur en césium dans les produits testés destinés à l'alimentation humaine était inférieure à 1% des limites en vigueur.

 LNS-EP	Département des Laboratoires officiels d'Analyses de Contrôle Service d'Analyses Radiologiques	ENR – PAI - 29	
	<h1>Rapport Mensuel</h1>	Version 11.2	Page 19 sur 20
		Date d'application	17/02/15



Rapport n°:	2015-4
Mois:	Avril

1. Produits saisonniers et divers

Mesure gammamétrique:

Les échantillons sont, dans le cas échéant, coupés en morceaux et mesurés directement.

Type	Réf. Labo	Date	Origine	Cs-134 [Bq/kg]	Cs-137 [Bq/kg]
Carottes	15-0285	24/04/15	Luxembourg	< 0.34	< 0.33
Radis	15-0286	24/04/15	Luxembourg	< 0.27	< 0.24
Céleri	15-0287	24/04/15	Luxembourg	< 0.28	< 0.25
Betteraves	15-0288	24/04/15	Luxembourg	< 0.16	< 0.14
Rucola	15-0289	24/04/15	Luxembourg	< 0.31	< 0.29

2. Usine d'incinération

Origine des mâchefers et des résidus d'épuration:

Usine d'incinération à Leudelange

Résidus d'épuration:

Résidus solides issus du traitement des fumées

Mâchefers:

Résidus solides de la combustion des déchets

Mesure gammamétrique:

Les résidus et les mâchefers sont mesurés en direct

Type	Réf. Labo	Date	Cs-134 [Bq/kg]	Cs-137 [Bq/kg]	I-131 [Bq/kg]	K-40 [Bq/kg]
mâchefers	15-0263	15/04/15	< 0.19	0.51	0.45	200
rés. d'épuration des fumées	15-0264	15/04/15	< 0.43	12	0.76	1300

	Département des Laboratoires officiels d'Analyses de Contrôle Service d'Analyses Radiologiques	ENR – PAI - 29	
	Rapport Mensuel	Version 11.2	Page 20 sur 20
		Date d'application	17/02/15



Rapport n°:	2015-4
Mois:	Avril

G) Commentaires

Aucun.

24/06/15



Marielle Lecomte
Responsable du Laboratoire

Fin du rapport